

ชุดซ่อมบำรุงเครื่อง GeneXpert (Xpert MTB/RIF Maintenance)

(Calibration set for GeneXpert, เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติ)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นชุด kit เฉพาะที่ใช้ในการ Calibration และ Verification เครื่องตรวจหาสารพันธุกรรม GeneXpert
๒. น้ำยาสำหรับ Calibration บรรจุในตลับพลาสติก (Cartridge) โดย ๑ ชุด/กล่อง ประกอบด้วย ๕ cartridges และแผ่นโปรแกรมการ calibration
๓. สามารถทำการ Calibration ได้สูงสุดพร้อมกันครั้งละอย่างน้อย ๔ ตัวอย่าง
๔. มีเอกสารคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
๕. ผู้ใช้งานจะต้องได้รับใบประกาศ Calibration Certificates หลังการดำเนินการ Calibration เสร็จ

ลงชื่อ

น.ส. สิริ

ประธานกรรมการ

(นางชนัญตรี ก่ำดี)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

น.ส. ประกิจ

กรรมการ

(นายประกิจ ปัญญาตั้งสกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ทอง

กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ทอง)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่อง GeneXpert ด้วยชุดซ่อมบำรุง GeneXper Calibration Kit จำนวน ๕ ชุด  
ด้วยวิธีตกลงราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักโรคฉวยโรค กรมควบคุมโรค

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๔๘๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  
ราคาที่อ้างอิง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(๑) นางชนัญตรี	กำดี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(๒) นายประกิจ	ปัญญาตั้งสกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
(๓) นายณรงค์ศักดิ์	โพธิ์ทอง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ